

レントゲン写真撮影時の 放射線防護について

放射線防護の3原則

- ・ 遮へい
- ・ 距離
- ・ 時間

医療従事者の法令で規定されている線量の限度値

50 mSv/年

1000 mSv/5年

単位：mSv

	線量
2006年	0.6
2007年	0.2
2008年	0
2009年	0
2010年	0.3
累積値	1.1

単位：人

	一般撮影	CT
2006年	1,170	-
2007年	1,628	389
2008年	1,644	530
2009年	1,535	542
2010年	1,609	690
のべ撮影患者数	6,416	2,151